



Prefe

Viana

Fls. n.º 348 Anexo nº 15051/18

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LAUDO DE AMOSTRA E DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

REF.: Edital Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 096/2018.

OBJETO: Ata de Registro de Preços para futuras aquisições de Insumos para Insulinodependentes.

À 1ª Comissão Permanente de Licitação

Senhora Pregoeira,

Informamos que as Amostras e Documentações de Qualificação Técnica apresentada pelas empresas:

- **HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,** arrematante do lote: 03.

• Documentação	Lote	Sim	Não	Página
Atestado de Capacidade Técnica		X		224/230
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		240
Autorização de Funcionamento da empresa, emitido pela ANVISA		X		237/239
Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF	03	X		233/236
Registro do Produto na ANVISA	03	X		232

Foram analisadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e **APROVADAS**, estando de acordo com o edital de licitação.

Para os demais lotes, passamos a informar:

- **Lote 02**, empresa arrematante: **SG Tecnologia Clínica S.A** - Conforme Formulário de Análise Técnica de Amostra, emitido pelo Diretor Técnico do PAM 24h e Farmacêutico do PAM 24h (em anexo), o item não possui fácil manuseio, pois não vem pronto para uso, tendo a necessidade de inserir a agulha no lancetador para utilização do mesmo; não apresenta segurança e um maior risco de contaminação, pois expõe o usuário a agulha no momento de inserção no lancetador e se utiliza o mesmo aparelho havendo apenas a troca da agulha; Diante dos fatos, a equipe emitiu parecer técnico final **DESFAVORÁVEL** para a amostra apresentada. Portanto a empresa está **REPROVADA** para este lote;
- **Lote 04**, empresa arrematante **Global Hospitalar Importação e Comércio LTDA** - Conforme Formulário de Análise Técnica de Amostra, emitido pelo Diretor Técnico do PAM 24h e Farmacêutico do PAM 24h (em anexo), o item é de fácil manuseio, porém não é seguro e confortável; algumas embalagens vieram com a tampa para fora,



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

expondo a agulha e todas as embalagens recebidas vieram com a agulha torta comprometendo o funcionamento adequado e a segurança do produto; não apresenta uma escala precisa, com irregularidades na marca da escala. Diante dos fatos, a equipe emitiu parecer técnico final DESFAVORÁVEL para a amostra apresentada. Portanto a empresa está **REPROVADA** para este lote;

- **Lote 01 – CANCELADO.**

Viana/ES, 16 de janeiro de 2019

Atenciosamente,

Lilian Christo de Oliveira

Gerência da assistência farmacêutica/FMS

Elber Francisco Rocha Mattos

Gerência de Suprimentos/FMS



GESTÃO 2017-2020

Prefeitura Municipal de Viana

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NÚMERO: 349.045
DATA: 18/12/2018

FORMULÁRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DE AMOSTRA

MATERIAL PADRONIZADO: LANCETAS ESTÉREIS PARA MEDIDA DE GLICEMIA CAPILAR

Volume: 01

LOTE: B1198 NÚMERO REGISTRO NO MS: 10098710051

FABRICANTE: SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA

LOCAL DE TESTE: PAM - VIANA QUANTIDADE TESTADA: 01

DATA: 18/12/2018

Manuseio:

Fácil () Sim Não

Seguro () Sim Não

Confortável Sim () Não

Por que? DIFÍCIL MANUSEIO POIS TEM UM BOLA DE
VISO, QUE SE MANTÉM BOLA. SEGURA A CAMBADA
E A FORMA DE TROCAR O DISPOSITIVO

Resistente ao manuseio: Sim () Não

Por que?

Agulha:

Resistente Sim () Não

Confortável Sim () Não

Por que?

Risco de contaminação:

Sim () Não

Por que? MESMO APARELHO, TROCANDO APENAS O DISPOSITIVO

Pacientes relatam dor:

() Sim Não

Observações relevantes e outros relatos de pacientes:

.....
.....
.....

PARECER FINAL:

() FAVORÁVEL DESFAVORÁVEL

DATA: 18/12/2018

ASSINATURAS E CARIMBOS

Hebe Fernandes Rocha
Farmacêutico

Dr. Diego Gomes Conte
Diretor Técnico PAM
CRM - ES 11424



GESTÃO 2017-2020

Prefeitura Municipal de Viana

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fls. 350

NÚMERO: 1501/18
DATA: 14/12/2018

FORMULÁRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DE AMOSTRA

MATERIAL PADRONIZADO: SERINGA PARA INSULINA ESTÉRIL COM AGULHA FIXA 1ML (100UI)

Volume: 01

LOTE: SSIAAA022B NÚMERO REGISTRO NO MS: 10330660080

FABRICANTE: DESCARPACK

LOCAL DE TESTE: BAM-VIANA QUANTIDADE TESTADA: 01

DATA: 18/12/2018

Embalagem: Proporciona abertura asséptica (sem risco de contaminação)

Sim () Não

Por que?

Presença de resíduos e impurezas?

() Sim Não

Que Tipo?

Manuseio:

Fácil Sim () Não

Seguro Sim () Não

Confortável Sim () Não

Por que?

Resistente ao manuseio: Sim () Não

Por que?

Escala:

Nítida Sim () Não

Precisa () Sim Não

Por que? A MACULA DA S/ INSULINA É DE 2/2 UI, COMBOMERADO + PRECISO

Êmbolo:

Resistente: Sim () Não

Por que?

Borracha de vedação:

ajuste seguro:

Sim () Não

Por que?



GESTÃO 2017-2020

Prefeitura Municipal de Viana

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

351

CI

15057/18

DATA: 14/12/2018

Aguilha:

Resistente Sim () Não
Confortável Sim () Não

Porque?

Pacientes relatam dor:

() Sim (x) Não

Observações relevantes e outros relatos de pacientes:

BOM QUALIDADE DO MATERIAL CONTUDO A MARCAÇÃO É
DE 02102 VI COMBOMETERO A PRECISAO - ELTA RETAVO
ATERO E OS REQUISITOS DO LICITACAO

PARECER FINAL:

FAVORÁVEL () DESFAVORÁVEL

DATA: 18/12/2019

ASSINATURAS E CARIMBOS

[Signature]

Hebert Fernandes Rocha
Farmacêutico
CRM/ES 8091

Dr. Diego Gomes Conte
Diretor Técnico PAM
CRM - ES 11424



GESTÃO 2017-2020

Prefeitura Municipal de Viana

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fls. 392.001

NUMERO: 1505/18
DATA: 14/12/2018

FORMULÁRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DE AMOSTRA

MATERIAL PADRONIZADO: SERINGA PARA INSULINA ESTÉRIL COM AGULHA FIXA 0,5ML (50UI)

Volume: 05

LOTE: 10371 NÚMERO REGISTRO NO MS: 80026180015

FABRICANTE: SALDANHA RODRIGUES LTDA

LOCAL DE TESTE: RAM-VIALD QUANTIDADE TESTADA: 02

DATA: 18/12/2018

Embalagem: Proporciona abertura asséptica (sem risco de contaminação)

Sim () Não

Por que?

Presença de resíduos e impurezas?

() Sim () Não

Que Tipo?

Manuseio:

Fácil Sim () Não

Seguro () Sim () Não

Confortável () Sim () Não

Por que? ALGUMAS EMBALAGENS VIERAM COM A TAMPA FORA, EXIBINDO A AGULHA E COMPONENTES E SEGURANÇA

Resistente ao manuseio: Sim () Não

Por que? (A RESPOSTA É INAPLICÁVEL POR FALTAR A MARCAÇÃO DO ESCOPO)

Escala:

Nítida () Sim () Não

Precisa () Sim () Não

Por que? A RESPOSTA É INAPLICÁVEL POR FALTAR A MARCAÇÃO DO ESCOPO

Êmbolo:

Resistente: Sim () Não

Por que?

Borracha de vedação:

ajuste seguro:

() Sim () Não

Por que?



GESTÃO 2017-2020

Prefeitura Municipal de Viana

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NÚMERO:

353
010/2019/12/2019

Agulha:

Resistente Sim () Não

Confortável Sim () Não

Porque?

Pacientes relatam dor:

() Sim () Não

Observações relevantes e outros relatos de pacientes:

.....
.....
.....

PARECER FINAL:

() FAVORÁVEL () DESFAVORÁVEL

DATA: 18/12/2019

ASSINATURAS E CARIMBOS

[Signature]

Dr. Diego Gomes Conte
Diretor Técnico PAM

CRM - ES 11424

[Signature]
Hebert Fernandes Rocha

Farmacêutico
CRF/ES 8091