



**LAUDO DE AMOSTRAS E DOCUMENTAÇÕES DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**REF.:** Edital Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 110/2018.

**OBJETO:** Ata de Registro de Preços para futuras aquisições de Materiais Médico-Hospitalares (Seringa, Agulha, Fio de Sutura e Lâmina de Bisturi).

**À 1ª Comissão Permanente de Licitação**

**Senhora Pregoeira,**

Inicialmente, esclarecemos que foram realizadas diligências através de pesquisas na internet para de registros na ANVISA e comprovação de atendimento as qualificações técnicas, bem como para garantir o princípio da economicidade para a administração pública (cópias em anexo).

Desta forma, informamos que as amostras e documentações de qualificação técnica apresentada pelas empresas:

- **OPEN FARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, arrematante dos lotes: 01 e 03.

Documentação	Lote	Sim	Não	Pagina
Atestado de Capacidade Técnica		X		319
Declaração de Inexistência de Fato impeditivo para Habilitação		X		336
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		331
Autorização de Funcionamento da ANVISA		X		324/329
Registro do Produto na ANVISA	01	X		322/323
	03	X		

- **LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME**, arrematante dos lotes: 02 e 17.

Documentação	Lote	Sim	Não	Pagina
Atestado de Capacidade Técnica		X		366
Declaração de Inexistência de Fato impeditivo para Habilitação		X		379
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		375
Autorização de Funcionamento da ANVISA		X		Anexo ao laudo
Registro do Produto na ANVISA	02	X		367
	17	X		368

- **CIRURGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA**, arrematante do lote: 04

Documentação	Lote	Sim	Não	Pagina
Atestado de Capacidade Técnica		X		412/416
Declaração de Inexistência de Fato impeditivo para Habilitação		X		435
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		428
Autorização de Funcionamento da ANVISA		X		Anexo ao laudo
Registro do Produto na ANVISA	04	X		417

- **MED CENTER COMERCIAL LTDA**, arrematante dos lotes: 05, 06, 07 e 08.

Documentação	Lote	Sim	Não	Pagina
Atestado de Capacidade Técnica		X		497/501
Declaração de Inexistência de Fato impeditivo para Habilitação		X		512
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		509
Autorização de Funcionamento da ANVISA		X		505/507
Registro do Produto na ANVISA	05	X		502/503
	06	X		
	07	X		

*Handwritten signature/initials on the right margin.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	08	X		
--	----	---	--	--

- **PREMIUM HOSPITALAR EIRELI**, arrematante do lote: 09

Documentação	Lote	Sim	Não	Pagina
Atestado de Capacidade Técnica		X		557/565
Declaração de Inexistência de Fato impeditivo para Habilitação		X		586
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		582
Autorização de Funcionamento da ANVISA		X		575/578
Registro do Produto na ANVISA	09	X		566

- **LIFE TECH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, arrematante do lote: 10

Documentação	Lote	Sim	Não	Pagina
Atestado de Capacidade Técnica		X		638
Declaração de Inexistência de Fato impeditivo para Habilitação		X		646
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		643
Autorização de Funcionamento da ANVISA		X		641/642
Registro do Produto na ANVISA	10	X		640

- **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI ME**, arrematante dos lotes: 11, 12 e 13.

Documentação	Lote	Sim	Não	Pagina
Atestado de Capacidade Técnica		X		677/683
Declaração de Inexistência de Fato impeditivo para Habilitação		X		700
Licença Sanitária Estadual ou Municipal		X		695
Autorização de Funcionamento da ANVISA		X		688/694
Registro do Produto na ANVISA	11	X		675
	12	X		
	13	X		


Foram analisadas pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde e **APROVADAS**, estando de acordo com o edital de licitação.

Para os demais itens passamos a informar:

**Lotes: 14, 15 e 16**, empresa arrematante **LOURDES LUCIA A. COSTA MEDICAMENTOS EIRELI ME** - As amostras dos produtos não apresentam o dispositivo de segurança acoplado na seringa, em atendimento a NR 32, conforme descritivo dos objetos da licitação. Portanto a empresa está **REPROVADA** para estes lotes.


Viana/ES, 31 de janeiro de 2019

Atenciosamente,



**Renato Rosa dos Santos**

Enfermeiro - Referência Técnica de Materiais e Equipamentos Médico-Hospitalares



**Elber Francisco Rocha Mattos**  
Gerência de Suprimentos/FMS