



GESTÃO 2017-2020

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Proc. nº. 15051/2018

Fls. nº. 540

Rubrica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Despacho Administrativo


À Gerência de Licitação

Senhora Gerente,

Encaminhamos em anexo laudo técnico de análise das amostras apresentadas pela empresa DISTRILAF, arrematante do lote 04 do Pregão Eletrônico N°096/2018, no qual após testes realizados pela equipe técnica da SEMSA, concluíram pela **REPROVAÇÃO**, do produto proposto conforme justificativa no laudo.

Viana/ES, 27 de março de 2019

Atenciosamente,


Jaqueline D'Oliveira Jubini
Subsecretária de Gestão Administrativa/FMS
Secretária Municipal de Saúde em Exercício
PORTARIA N°. 208/2019



GESTÃO 2017-2020

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

Proc. nº. /2018
Fls. nº. 541
Rubrica

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Parecer técnico de análise da amostra

À Gerência de Suprimentos

Considerando o pedido de análise técnica das amostras dos lote 04 constante no edital do **Pregão Eletrônico nº 096/2018**, destinado a aquisição de insumos para diabéticos insulino-dependentes, segue abaixo o parecer técnico emitido pela gerência da assistência farmacêutica municipal quanto ao resultado da amostra apresentada pelas empresa em virtude de aprovação ou reprovação das amostra. O parecer técnico final foi emitido baseado na análise técnica da gerência da atenção básica e dos farmacêuticos da rede municipal (formulário de análise técnica das amostras em anexo).

Para o item referente ao **LOTE 4 (PE 096/2018) - SERINGA PARA INSULINA 0,5ML (50UI) ESTÉRIL COM AGULHA FIXA 8MM x 0,3MM**. O item apresentado pela empresa DISTRILAF foi da marca fabricante BD.

Considerando que o item não possui fácil manuseio, pois a tampa da amostra apresentada é de difícil remoção, podendo ocasionar transtornos e possíveis acidentes ao paciente no momento da retirada da tampa. Outro ponto observado foi uma grande flexibilidade da agulha presente na seringa, podendo apresentar uma maior chance de acidentes.

Mediante a isso, a amostra apresentada pela empresa possui parecer técnico final **reprovado**.

Viana/ES, 26 de março de 2019

Atenciosamente,


Lilian Christo de Oliveira
Gerência da assistência farmacêutica


Lilian Christo de Oliveira
Gerente de Assistência Farmacêutica
Matrícula 031044-01
Prefeitura Municipal de Viana

Jaqueline D 'Oliveira Jubini
Secretária Municipal de Saúde



FORMULÁRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DE AMOSTRA

MATERIAL PADRONIZADO: SERINGA PARA INSULINA ESTÉRIL COM AGULHA FIXA 0,5ML (50UI)

LOTE: 8204634 NÚMERO REGISTRO NO MS: 1003.343.00.26

FABRICANTE: BD

LOCAL DE TESTE: CAF QUANTIDADE TESTADA: 05

DATA: 26 / 03 / 19.

Embalagem: Proporciona abertura asséptica (sem risco de contaminação)

Sim () Não

Por que?

Presença de resíduos e impurezas?

() Sim Não

Que Tipo?

Manuseio:

Fácil Sim () Não

Seguro () Sim Não

Confortável Sim () Não

Por que? A tampa de difícil remoção

Resistente ao manuseio: () Sim Não

Por que?.....

Escala:

Nítida Sim () Não

Precisa () Sim () Não

Por que?

Êmbolo:

Resistente: () Sim Não

Por que?.....

Borracha de vedação:

ajuste seguro:

Sim () Não

Por que?.....



GESTÃO 2017-2020

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CI NÚMERO: 543
DATA: 26/03/2019

Agulha:

Resistente () Sim (X) Não

Confortável () Sim () Não *não use capslica*

Porque? *Agulha muito flexível*

Pacientes relatam dor:

() Sim () Não *não use capslica*

Observações relevantes e outros relatos de pacientes:

.....
.....
.....

PARECER FINAL:

() FAVORÁVEL (X) DESFAVORÁVEL

DATA: 26/03/19

ASSINATURAS E CARIMBOS:

Barbara Kuster
Barbara Kuster
Gerente da At. Básica
Port. 0177/2019 - SEMSA Viana



GESTÃO 2017-2020

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CI NÚMERO: 544
DATA: 26/03/2019

FORMULÁRIO DE ANÁLISE TÉCNICA DE AMOSTRA

MATERIAL PADRONIZADO: SERINGA PARA INSULINA ESTÉRIL COM AGULHA FIXA 0,5ML (50UI)

LOTE: 8204634 NÚMERO REGISTRO NO MS: 10033430026

FABRICANTE: BD

LOCAL DE TESTE: CAF QUANTIDADE TESTADA: 05
DATA: 26/03/19

Embalagem: Proporciona abertura asséptica (sem risco de contaminação)

Sim () Não

Por que?

Presença de resíduos e impurezas?

() Sim Não

Que Tipo?

Manuseio:

Fácil Sim () Não

Seguro Sim () Não

Confortável () Sim () Não

Por que? Tampa difícil para remover.

Resistente ao manuseio: () Sim Não

Por que? Agulha muito flexível.

Escala:

Nítida Sim () Não

Precisa Sim () Não

Por que?

Êmbolo:

Resistente: Sim () Não

Por que?

Borracha de vedação:

ajuste seguro:

() Sim Não

Por que?

